

EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER	LA MUELA		OBSERVACIONES MUELA	INSUNAR		OBSERVACIONES INSUNAR
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
Portatil	SI			SI			SI		
Con Otoscopio	SI			SI			SI		
Tecnología led o halógena	SI			SI			SI		
Iluminación por fibra óptica	SI		Según carta de autorización de distribución la referencia ofertada es la L2	SI			SI		
Espéculos reusables	SI			SI			SI		
Oftalmoscopio, con mínimo 18 lentes entre -20 y 20 dioptrías, 5 aperturas	SI		Según carta de autorización de distribución la referencia ofertada es la L2	SI			SI		
Fuente de alimentación, Baterías	SI			SI			SI		
Estuche para transporte	SI			SI			SI		
Registro Inivima	SI			SI			SI		
Carta de Distribución	SI			SI			SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación siempre y cuando el modelo ofertado sea de ref. L2			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER	LA MUELA		OBSERVACIONES MUELA	INSUNAR		OBSERVACIONES INSUNAR
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
Para fijar en pared	SI			SI			SI		
Con Otoscopio	SI			SI			SI		
Tecnología led o halógena	SI			SI			SI		
Iluminación por fibra óptica		NO	Según carta de distribución el equipo ofertado es de referencia L1	SI			SI		
Espéculos reusables	SI			SI			SI		
Oftalmoscopio, con mínimo 18 lentes entre -20 y 20 dioptrías, 5 aperturas		NO	Según carta de distribución el equipo ofertado es de referencia L1	SI			SI		
Encendido y apagado automático	SI			SI			SI		
Fuente de Alimentación electrica 110-120 Vac/60Hz	SI			SI			SI		
Registro Inivima	SI			SI			SI		
Carta de Distribución	SI			SI			SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	NO. El equipo ofertado según carta de distribución es la referencia L1 que no cumple con todas las especificaciones requeridas.			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

ELECTROCARDIOGRAFO									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER	LA MUELA		OBSERVACIONES MUELA	INSUNAR		OBSERVACIONES INSUNAR
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
3 Canales	SI			SI			SI		
12 Derivadas	SI			SI			SI		
Modulos de Interpretación y diagnostico	SI			SI			SI		
Detección de marcapasos	SI			SI			SI		
Impresión térmica	SI			SI			SI		
Pantalla LCD, LED o superior	SI			SI			SI		
Papel de registro térmico	SI			SI			SI		
Velocidad papel 5/25/50 mm/seg	SI			SI			SI		
Sensibilidad 5/10/20 mm/mV - modo automatico o manual	SI			SI			SI		
Alimentación AC 110AC-120 Vac /60Hz	SI			SI			SI		
Filtros de frecuencia de linea AC	SI			SI			SI		
Filtros de miograma	SI			SI			SI		
Respuesta en frecuencia 0 Hz - 150 Hz	SI			SI			SI		
Batería litio recarable, autonomia mínimo de 2 horas	SI			SI			SI		
Peso entre 1,0 kg - 3,0 kg	SI			SI			SI		
Accesorios: cable de paciente, 4 electrodos tipo pinza para miembros, 6 electrodos de succión precordiales, cable de puesta a tierra y cable de alimentación	SI			SI			SI		
Registro Inivima	SI			SI			SI		
Carta de Distribución	SI			SI			SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

OXIMETRO DE PULSO									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER	LA MUELA		OBSERVACIONES MUELA	INSUNAR		OBSERVACIONES INSUNAR
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
Adulto/pediatrico	SI			SI			SI		
Modelo de Sobremesa	SI			SI			SI		
Rango de lectura de saturación de oxígeno de 0 a 100%	SI		Rango de lectura de 70-100%	SI		Rango de lectura de 70-100%	SI		Rango de lectura de 70-100%
Exactitud 70-100% +/- 2%	SI			SI			SI		
Rango de frecuencia de pulso 30-250 bpm, +/- 2bpm	SI			SI			SI		
Tiempo de respuesta menor o igual a 7 segundos	No Especifica			No Especifica			No Especifica		
Pantalla LCD, LED para visualización de SpO2, frecuencia de pulso y presentación de ondas pletismograficas.	SI			SI			SI		
Alimentacion con baterias recargables.	SI			SI			SI		
Base para cargar baterias	SI			SI			SI		
Alarmas audibles y visuales.	SI			SI			SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple las especificaciones necesarias y primordiales para el fin diagnostico requerido.			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple las especificaciones necesarias y primordiales para el fin diagnostico requerido.			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple las especificaciones necesarias y primordiales para el fin diagnostico requerido.		

TENSIOMETRO									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER	LA MUELA		OBSERVACIONES MUELA	INSUNAR		OBSERVACIONES INSUNAR
	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
Para fijar en pared	SI			SI			SI		
Brazalete de nylon tipo adulto, fijación con velcro	SI			SI			SI		
Manómetro análogo, rango de medida de 0 a 300 mmHg	SI			SI			SI		
Tolerancia de error +/- 3mmHg	SI			SI			SI		
Para de látex de insuflado con válvula de purga de aire	SI			SI			SI		
Canastilla para guardar accesorios	SI			SI			SI		
Registro Inivima	SI			SI			SI		
Carta de Distribución	SI			SI			SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación			SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		