

REGULADOR DE SUCCION		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Rata de Flujo: 0 -80 lpm	SI	
Perilla de graduación de vacio	SI	
Precisión del manómetro +/- 5%	SI	
Capacidad hasta 300 mmHg	SI	
Dimensiones aproximadas (18*18*12) cms	SI	
Camara en acero inoxidable	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificaciones	

FLUJOMETRO		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Tubo de flujo interior Calibrado a 345 kpa. (50 psig)	SI	
•Escala de 1/2 a 15 lpm	SI	
•Base cromada	SI	
•Conexión 1/8 npt, para oxígeno	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificaciones	

MAQUINA REMO SENTADO		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Mecánica	SI	
•Estructura en tubo de acero de aproximadamente 3mm	SI	
•Pintura electrostática	SI	
•Tapicería en material antibacteriano	SI	
•Soporte de goma	SI	
•Asiento con altura ajustable	SI	
•Pintura electrostática	SI	
•Empuñaduras en material no absorbente y antideslizante	SI	
•Poleas metálicas con rodamientos	SI	
•Transmisión en cable de acero	SI	
•Pila de pesas hasta 160 Kg	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	

CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificaciones
----------------------------	---

BICICLETA ESTÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Pintura electrostática	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 130Kg	SI	
•Pantalla para presentación de indicadores	SI	
•Asiento altura ajustable	SI	
•Mínimo 20 niveles de resistencia	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificaciones	

BICICLETA RECUMBENT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Pintura electrostática	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 130Kg	SI	
•Pedales seguros	SI	
•Pantalla para presentación de indicadores	SI	
•Asiento ajustable.	SI	
•Hasta 25 niveles de resistencia	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificaciones	

BIOFEEDBACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Dos (2) electrodos (Vaginal y anal)	SI	
•Amplitud entre 0 – 90 mA	SI	
•Formas de onda asimétrica, rectangular bifásica con compensación simétrica	SI	
•Frecuencia de pulsación 2 – 100Hz	SI	
•Ancho de pulsación 50µS - 450µS	SI	
•Tiempo de terapia 5 - 60 minutos	SI	
•Pantalla LCD para visualización de parámetros	SI	

•Programas de terapia pre-establecidos para: - Incontinencia de esfuerzo - Incontinencia de urgencia - Incontinencia mixta - Dolor pélvico	SI	
•Teclas para configuración de parámetros	SI	
•Fuente de alimentación batería recargable	SI	
•Cargador de batería de 110 - 120 Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

CAMINADORA/TROTADORA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Velocidad entre 1 – 25 Km/h	SI	
•Inclinación digital entre 0° - 15°	SI	
•Pantalla entre 10" – 12" TFT/LCD para visualización de parámetros como: velocidad, distancia, tiempo, calorías, ritmo cardiaco, grados de inclinación.	SI	
•Botón de parada de emergencia	SI	
•Mínimo 8 programas de entrenamiento	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica 110 – 120 Vac	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

ELIPTICA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Estructura en acero	SI	
•Pintura electrostática	SI	
•Mínimo diez (10) programas de entrenamiento	SI	
•Ocho (8) niveles de resistencia	SI	
•Pantalla TFT/LCD para visualización de parámetros como: velocidad, distancia, tiempo, calorías, pulsaciones	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 130 Kg	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

EQUIPO DE ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Dos (2) canales independientes	SI	
•Cuatro (4) electrodos	SI	
•Intensidad máxima 120 mA	SI	
•Forma de onda bifásica y monofásica	SI	
•Ancho de pulso 30µS - 260µS	SI	
•Frecuencias de pulsos entre 1 – 150 Hz	SI	
•Pantalla LCD para visualización de parámetros	SI	
•Alimentación con baterías recargables	SI	
•Cargador de baterías 110-120 Vac/60 Hz	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el cumplimiento de las especificaciones	
ESCALERA CON PLANO INCLINADO		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
• Estructura en acero	SI	
•Cinco (5) peldaños en madera	SI	
•Peldaños de aproximadamente 13 cms	SI	
•Rampa antideslizante	SI	
•Altura máxima en el descanso aproximadamente 60 x 70 cms	SI	
•Barandas laterales	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el cumplimiento de las especificaciones	
MAQUINA DE ABDUCTORES		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Pintura electrostática	SI	
•Torre de peso hasta 80 Kg	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 150 Kg	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el cumplimiento de las especificaciones	
MAQUINA DE PECHO		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Pintura electrostática	SI	
•Torre de peso hasta 110 Kg	SI	
•Poleas con rodamiento	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 150 Kg	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

MAQUINA FLEXION DE PIERNA SENTADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Pintura electrostática	SI	
•Torre de peso hasta 110 Kg	SI	
•Poleas con rodamiento	SI	
•Peso máximo de usuario hasta 150 Kg	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

MAQUINA POLEA ALTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Torre de peso hasta 110 Kg	SI	
•Poleas con rodamiento	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

EQUIPO DE ESTIMULACION ELECTRICA NEUROMUSCULAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Dos (2) canales independientes	SI	
•Cuatro (4) electrodos	SI	
•Intensidad máxima 120 mA	SI	
•Forma de onda bifásica y monofásica	SI	
•Ancho de pulso 50µS - 450µS	SI	
•Frecuencias de pulsos entre 1 – 150 Hz	SI	
•Pantalla LCD para visualización de parámetros	SI	
•Alimentación con baterías recargables	SI	
•Cargador de baterías 110-120 Vac/60 Hz	SI	

Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

SISTEMA DE TRACCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Motor de velocidad variable	SI	
•Estiramientos graduales	SI	
•Temporizador	SI	
•Protocolo clínicos para dolor cervical, lumbar	SI	
•Tracción estática e intermitente	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica 110 - 120 Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

TANQUE DE REMOLINO PARA EXTREMIDADES SUPERIOR E II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Tanque en acero inoxidable	SI	
•Dimensiones del tanque: alto hasta 1 m. largo hasta 80 cm y ancho hasta 50 cm	SI	
•Capacidad entre 20 – 30 galones	SI	
•Potencia del motor ½ Hp	SI	
•Soporte con rodachines y sistema de freno	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica de 110 – 120 Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Capacidad entre 70 – 80 Litros	SI	
•Para dieciocho (18) compresas	SI	
•Temperatura de trabajo entre 70° – 75°C	SI	
•Elaborado en acero inoxidable	SI	
•Botón luminoso de encendido y apagado	SI	
•Termostato de protección térmica	SI	

•Fuente de alimentación eléctrica 110/220Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

TANQUE PARA PAQUETES FRIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Capacidad entre 120 – 130 litros	SI	
•Capacidad de paquetes entre 10 – 12	SI	
•Válvula de drenaje	SI	
•Compresor bajo en ruido menor a 60 dB	SI	
•Elaborado en acero inoxidable	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica 110 - 120Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	NO APLICA	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

ULTRASONIDO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Frecuencia entre 1- 3 MHz	SI	
•Modos pulsado y continuo	SI	
•Pantalla LCD para visualización de parámetros	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica 110 - 120Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

ULTRASONIDO + ELECTROESTIMULADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	INTERFISICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
•Dos (2) canales	SI	
•Cuatro (4) electrodos	SI	
•Frecuencia entre 1- 3 MHz	SI	
•Intensidad 5 – 120 mA		
•Modos pulsado y continuo	SI	
•Ancho de pulsación 50µS - 450µS	SI	

• Formas de onda asimétrica, rectangular bifásica con compensación simétrica	SI	
•Tiempo de terapia 5 - 90 minutos	SI	
•Pantalla LCD para visualización de parámetros	SI	
•Teclas para configuración de parámetros	SI	
•Fuente de alimentación eléctrica 110 - 120 Vac/60Hz	SI	
Registro Invima	SI	
Carta de Distribución	SI	
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el las especificacione	

Revisado. Ing. Esteban Acosta



OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

[illegible]

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas las condiciones de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas
es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas las condiciones de la invitación.

NMES

OBSERVACIONES INTERFISICA

[illegible]

uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA
uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

INFERIOR
OBSERVACIONES INTERFISICA
uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA
uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA
uso provisto y cumple con todas es de la invitación.

OBSERVACIONES INTERFISICA

uso provisto y cumple con todas es de la invitación.