

DESFIBRILADOR CON CARDIOVERSION Y MARCAPASOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
•Cardio Version Sincronizada y modo DEA con marcapasos,	SI		
•Pantalla de 5" o más	SI		
•Forma de onda de desfibrilación bifásica exactitud +-2 joules	SI		
•Visualización en pantalla de onda de ecg	SI		
•Frecuencia cardíaca tomada por electrodos o por paletas	SI		
•Valor de energía seleccionada	SI		
•Límites de alarma	SI		
•Control de inicio de carga desde el panel frontal y paletas, parchetes y	SI		
•Control de descarga desde paletas, con paletas externas desmontables para adultos y pacientes pediátricos	SI		
•Tiempo de carga mínimo de 7 segundos	SI		
•Modo DEA descarga en un rango de 100 a 300 joules	SI		
•Respiración: rango adulto de 0 a 120 rpm y pediátrico de 0 a 150 rpm, con programación de alarmas audiovisuales	SI		
•Fuente de alimentación eléctrica de 110 - 120 Vac/60 hz, cable de alimentación de grado médico, enchufe bipolar con toma a tierra	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso previsto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

MONITOR DE SIGNOS VITALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DISTRIFER		OBSERVACIONES DISTRIFER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
•Tipo de paciente: Adulto pediátrico y neonatal	SI		
•Parámetros de medición: ECG, NIBP, SpO2, CO2, RESP, PULSO, TEMPERATURA	SI		DEBE INCLUIRSE EL MODULO DE CO2 EN LA ENTREGA
•Software: Análisis de arritmias, segmento ST y cálculo de drogas	SI		
•Peso: <=6Kg	SI		
•Pantalla: 10 pulgadas color TFT-LCD o superior	SI		
•Batería: mínimo 4 horas de autonomía	SI		
•Alimentación eléctrica 110 - 120 Vac/60 Hz	SI		
•Accesorios: de todos los parámetros para todo tipo de pacientes	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El tamaño de la pantalla no afecta la medición de signos vitales que es el uso previsto. Se debe incluir el módulo de CO2 que en la ficha se mostraba como opcional.		

Revisado. Ing. Esteban Acosta

