

ATRIL PARA BOMBA DE INFUSIÓN			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Material en acero inoxidable	SI		
*Rodachines de 2 - 3 pulgadas, en material que no genere ruido	SI		
*Soporte de bandeja con dimensiones graduables	SI		
Registro Invima	NO APLICA		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso y cumple con todas las especificaciones de la invitación.		

CAMA HOSPITALARIA - PEDIATRICA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Pediátrica	SI		
*Eléctrica: 110 -2240 V ac/60Hz	SI		
*Batería de respaldo para fallas de fluido eléctrico	SI		
*Cuatro (4) planos uno (1) fijo y tres (3) movibles	SI		
*Tendido en plástico	SI		
*Dos (2) Barandas laterales abatibles, tipo corral, mínimo de 50 cms de altura, sistema de seguridad para fijación	SI		
*Cuatro (4) ruedas giratorias con freno, tamaño entre 5"-7", fabricadas en material que no genere ruido.	SI		
*Control de mano para movimientos de la cama	SI		
*Movimientos: levante de espaldar, quiebre de rodilla, cambio de altura, trendelemburg y trendelembur inverso.	SI		
*Capacidad de carga hasta 200 Kg, incluido colchón.	SI		
*Dimensiones externas: Largo hasta 2 metros x Ancho hasta 1.20 metros.	SI		
*Dimensiones internas: Largo hasta 1.90 metros x Ancho hasta 0.80 metros	SI		
*Incluya atril graduable en acero inoxidable para líquidos	SI		
*Pintura electrostática	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso previsto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

CAMA HOSPITALARIA - ADULTO			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Adulto	SI		
*Eléctrica: 110 -220 V ac/60Hz	SI		
*Batería de respaldo para fallas de fluido eléctrico	SI		
*Cuatro (4) planos uno (1) fijo y tres (3) movibles	SI		
*Tendido en plástico	SI		
* Cabecero y piecero en plástico, desmontables	SI		
*Dos (2) Barandas de seguridad laterales, abatibles con sistema de seguridad para fijación	SI		
*Cuatro (4) ruedas giratorias con freno, tamaño entre 5"-7", fabricadas en material que no genere ruido	SI		
*Control de mano para movimientos de la cama	SI		
*Movimientos: levante de espaldar, quiebre de rodilla, cambio de altura, trendelemburg y trendelembur inverso.	SI		
*Capacidad de carga hasta 200 Kg, incluido colchón.	SI		
*Dimensiones externas: Largo hasta 2 metros x Ancho hasta 1.20 metros.	SI		
*Dimensiones internas: Largo hasta 1.90 metros x Ancho hasta 0.80 metros	SI		
*Incluya atril graduable en acero inoxidable para líquidos	SI		
*Pintura electrostática	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto.		

CAMILLA DE TRANSPORTE			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Dos (2) planos	SI		
*Tendido en lámina	SI		
*Dos (2) Barandas laterales abatibles, con sistema de seguridad para fijación	SI		
*Cuatro (4) ruedas giratorias con freno, tamaño entre 5"-7", fabricadas en material que no genere ruido	SI		
*Movimientos: espaldar y horizontal.	SI		
*Colchoneta en hule o cordobán, impermeable de fácil limpieza y desinfección	SI		
*Capacidad de carga hasta 200 Kg, incluido colchoneta.	SI		

*Incluya atril graduable en acero inoxidable para líquidos	SI		
*Pintura electrostática	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con las especificaciones de la invitación.		

CAMILLA NEUMÁTICA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Neumática	SI		
*Dos (2) planos	SI		
*Tendido en lámina	SI		
*Dos (2) Barandas laterales abatibles, tipo corral, mínimo de 50 cms de altura, con sistema de seguridad para fijación	SI		
*Cuatro (4) ruedas giratorias con freno, tamaño entre 5"-7", fabricadas en material que no genere ruido	SI		
*Movimientos: espaldar y horizontal.	SI		
*Colchoneta en hule o cordobán, impermeable de fácil limpieza y desinfección	SI		
*Capacidad de carga hasta 200 Kg, incluido colchoneta.	SI		
*Dimensiones largo hasta 2 metros x Ancho hasta 1.20 metros.	SI		
*Incluya atril graduable en acero inoxidable para líquidos	SI		
*Pintura electrostática	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con las especificaciones de la invitación.		

COLCHÓN PARA CAMA HOSPITALARIA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Antiescaras	SI		
densidad aproximadamente 30-40 Kg/m3,	SI		
*Forrado en poliéster antihongos, antibacterial, resistente a la limpieza y desinfección	SI		
*Resistente al fuego	SI		
*Dimensiones aproximadas: Largo hasta 1.90 metros x Ancho hasta 0.80 metros	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con las especificaciones de la invitación.		

MESA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Tipo puente	SI		
*Material en lamina o plastico	SI		
*Altura ajustable	SI		
* 4 ruedas entre 2 - 3 pulgadas, fabricadas en material que no genere ruido	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con s las especificaciones de la invitación.		

MESAS DE NOCHE			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Material plástico ABS	SI		
*1 Cajón	SI		
*1 Gaveta	SI		
*Dimensiones aproximadas: ancho hasta 50 cms, largo hasta, 45 cms y alto hasta 80 cms	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con todas las especificaciones de la invitación		

SILLA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
*Tipo reclinable	SI		
*Estructura interna metálica	SI		
*Tapizada en cuero	SI		
*Con descansapiés	SI		
*Capacidad de carga hasta 200Kg	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con las especificaciones de la invitación.		

SILLAS DE RUEDAS			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	JANER		OBSERVACIONES JANER
	CUMPLE	NO CUMPLE	
•Tipo adulto	SI		
•Marco plegable elaborado en tubo de acero cromado.	SI		
•Ruedas traseras macizas de 24"	SI		
•Ruedas delanteras macizas de 8"	SI		
• Tapicería en hule, lona nylon o cordoban	SI		
• Descansapiés en aluminio con plataforma abatible.	SI		
• Apoyabrazos fijos	SI		
•Sistema de frenos	SI		
•Capacidad de carga hasta 150Kg	SI		
Registro Invima	SI		
Carta de Distribución	SI		
CONCEPTO DE ACEPTABILIDAD*	SI. El equipo es adecuado para el uso provisto y cumple con las especificaciones de la invitación.		

Revisado. Ing. Esteban Acosta

