

INFORME DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA DE MÍNIMA CUANTÍA No 089 DE 2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E

Ciudad y fecha: Ipiiales, 27 De Septiembre del 2022
Hora: 8:00 a.m.
Proceso: Convocatoria de Mínima Cuantía No. 089 del 2022

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará las propuestas de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación del Hospital Civil de Ipiiales E.S.E.

OFERTAS PRESENTADAS: Se presentó la siguiente oferta:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT / CC	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
1	STERILIZE SERVICE S.A.S	NIT. 900493367-7	23 de Septiembre del 2022 Hora 15:41 pm

VERIFICACIÓN JURÍDICA

No	REQUISITOS DE CONTENIDO JURÍDICO	CUMPLE		
		SI	NO	N/A
1	Anexo 1 - Carta de Presentación Propuesta	X		
2	Anexo 2 - Compromiso Anticorrupción	X		
3	Anexo 3 - Formato de certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales	X		
4	Anexo 4 - Anexo técnico y oferta económica	X		
5	Certificado de Existencia y Representación Legal	X		
6	Registro Mercantil	X		
7	RUT	X		
8	Antecedentes judiciales del oferente - Policía Nacional de Colombia	X		
9	Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia	X		
10	Certificado de Responsabilidad Fiscal - Contraloría General de la Nación	X		
11	Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación	X		

12	Cédula de Ciudadanía	X		
13	Libreta Militar			X
14.	Registro Único de Proponentes RUP	X		

VERIFICACION TECNICA -CUMPLE

NOTA: VERIFICACION REALIZADA POR EL AREA DE INGENIERIA HOSPITALARIA.

Ver anexo 1 -CUMPLE

1. OFERTA ECONOMICA

La oferta económica presentada por **STERILIZE SERVICE S.A.S**, identificado con **NIT 900493367-7**, no supera el presupuesto oficial, cumple con las especificaciones requeridas por la Institución.

VERIFICACION ECONOMICA DEFINITIVA: CUMPLE

Finalizada la evaluación económica, técnica y jurídica, el comité de contratación del Hospital Civil de IpiALES E.S.E. recomienda adjudicar el presente proceso de selección al oferente presentado, de conformidad al menor valor según el cuadro de precios, así:

Ítem	CANTIDAD	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	V/UNT	VALOR TOTAL
1	4	BALANZA PEDIATRICA MECÁNICA	- Capacidad: rango entre 1 kg hasta 60 kg - Mecánica - Con brazo basculante - Bandeja con dimensiones, ancho entre (600 mm – 700 mm), alto entre (80mm – 90 mm), profundidad entre (300 mm – 400 mm) - Resolución entre 15g – 20g - Con certificado de calibración - Con certificado de calibración	\$2.426.016	\$ 9.704.064

2	6	PESA PARA PAÑALES	- Digital - Superficie en acero inoxidable - Función tara y hold - Capacidad 5 kg o superior - Fuente de alimentación con batería - Con certificado de calibración	\$ 1.442.308	\$ 8.653.848
3	5	INFANTÓMETROS	- Capacidad de medida entre 100 cm -150 cm - Precisión 1mm - Para medir bebés menores de 2 años - Con base fija mínimo de 25 cm de ancho y con pieza deslizante - Cinta métrica en material resistente, diferente al acrílico - Con certificado de calibración	\$1.304.331	\$ 6.521.655
4	27	CINTA METRICA RECTRACTIL PARA NUTRICION	- Longitud 1.5 m - Ancho 10 mm - Con sistema de seguro - Material resistente, no metálico	\$ 9.542	\$257.634
5	1	LAMPARA CUELLO DE CISNE	- Estructura en hierro cromado - Con base - Altura graduable - Interruptor de encendido - Fuente de alimentación eléctrica 110 V-220	\$ 400.641	\$ 400.641

			V ac, frecuencia 60 Hz		
6	2	TENSIOMETRO PEDIATRICO	- Brazalete en velcro con bolsa de látex u otro material resistente - Pera en goma, con válvula reguladora - Manómetro análogo con escala graduada de 0 - 200 mmHg - Rango de error ± 3 mmHg - Manguera en PVC - Con certificado de calibración	\$ 257.000	\$ 514.000
7	5	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	- Diafragma en aluminio - Olivas en material suave - Par de olivas de repuesto - Arcos anatómicos - Tubo en Y, con vías auditivas separadas para cada oído - Con certificado de calibración	\$ 76.040	\$380.200
8	15	TALLIMETRO ADULTO CON BASE	- Análogo - Con base de piso - Rango de medición entre 20 cm - 2.20 m o superior - Con tope de cabeza - Cinta métrica de material resistente, no acrílico	\$ 682.763	\$ 10.241.445
9	15	BALANZAS ADULTO GRADO MÉDICO	Capacidad: rango entre (1 kg - 200 kg)	\$ 1.535.599	\$23.033.985

			• Tecnología Digital • Display tecnología LCD • Resolución entre 0.1 kg • Alimentación a través de batería y con adaptador • Con certificado de calibración		
10	1	SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO	• Motor de bajo ruido y baja vibración • Hojas de sierra intercambiables • Fuente de alimentación eléctrica 110 V ac – 220 V ac, frecuencia 60Hz.	\$ 7.275.100	\$ 7.275.100
11	1	BAÑO MARIA	• Volumen mínimo 7 litros • Rango de temperatura entre 10°C-100°C • Indicador de temperatura y tiempo del programa • Sistema de seguridad para desconexión cuando se presente sobrecalentamiento • Temporizador digital, configurable desde 1 min hasta 100 horas • Fabricado en material resistente a la corrosión • Fuente de alimentación eléctrica 110 V ac – 220 V ac, frecuencia 60Hz	\$ 4.445.999	\$ 4.445.999

	Subtotal	\$ 71.428.571
	IVA	\$ 13.571.428
	TOTAL	\$ 84.999.999

Publíquese en la página web www.hospitalcivilese.gov.co, con el fin de dar cumplimiento al traslado a los proponentes por el término de un (1) día hábil, contado a partir de la publicación del acta, termino en el cual los proponentes podrán subsanar los requisitos habilitantes y/o presentar observaciones.

Para constancia se firma,

Original firmado
LUIS ANTONIO MUESES CORAL
Subgerente Administrativa y Financiera HCI

Original firmado
LUIS ANTONIO GUZMAN
Subgerente de P. Servicios

Original firmado
DANIEL CORAL LARA
Líder Oficina Jurídica
Invitado

Original firmado
MARIO ERAZO QUENGUAN
Coordinador de ingeniería hospitalaria

Original firmado
ANDRES MARTINEZ
Abogado oficina jurídica
Invitado